

# Igazolás

A VIA-S Kft. Jártassági Iroda ezúton igazolja, hogy a(z)

## **FORKORR Korrózióvédelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.**

(2030 Érd, Gyula utca 42.)

### **Vizsgálólaboratórium**

(2030 Érd, Gyula utca 42.)

a 2022. évben megrendezésre került *helyszíni vizsgálatok* nevű jártassági vizsgálati programban **41** kódszámmal az alábbi táblázatokban megjelölt vizsgálatokon részt vett.

<b>Beton szerkezet és bevonat vizsgálatok</b>	<b>z érték</b>				
	<b>1*</b>	<b>2*</b>	<b>3*</b>	<b>4*</b>	<b>5*</b>
<b>Felületre merőleges tapadószilárdság</b> MSZ EN 1542:2000 e-UT 07.03.21:2000 (v.e.) M1. melléklet, e-UT 07.03.25:2020 M1. melléklet	-1,28	0,02	2,84	-0,03	0,88
<b>Szárazréteg vastagság meghatározása</b> MSZ EN ISO 2808:2020	-0,06	0,53	0,07	0,29	-0,05

\*: Az egyes minták pontos megnevezéseit a 2022/2/1. jelentés tartalmazza.

*Az eredmények a 2022/2/1. kiadású jelentésben találhatóak.*

*A résztvevő laboratórium az igazolás és az eredményei alapján saját hatáskörben végzi el a jártasság vizsgálati programban elért teljesítményének értékelését.*

*Az egyes eredményekhez tartozó z értékek értékelési tartományai:*

- ha  $|z| \leq 2$ : „megfelelő” teljesítmény
- ha  $2 < |z| < 3$ : „megkérdőjelezhető” teljesítmény
- ha  $|z| \geq 3$ : „nem megfelelő” teljesítmény.

Érvényes 2025. június 30-ig, vagy a következő terv szerinti (3 év múlva esedékes) kőzet és adalékanyag vizsgálati témakörben lebonyolításra kerülő jártassági vizsgálaton való részvételig.

Érd, 2022. augusztus 12.



Bors Tibor  
Irodavezető  
VIA-S Kft. Jártassági Iroda